

# Bedeutsame Vorkommnisse nach StrlSchV

Bezug	Maßnahmentyp	Schwellenart	Wert	Häufigkeit
<b>Gruppenexposition</b>	Computertomographie, Durchleuchtung, Intervention	Aktionsschwelle	3 x DRW	Einmalig, danach Prüfung der Meldeschwelle
		Meldeschwelle	2 x DRW	Mittelwert der letzten 20 Untersuchungen
<b>Personenexposition</b>	Computertomographie	Meldeschwelle	CTDIvol Hirn > 120mGy CTDIvol Körper > 80mGy	Einmalig
	Durchleuchtung	Meldeschwelle	DFP > 20.000 cGy*cm <sup>2</sup>	Einmalig
	Intervention	Aktionsschwelle	DFP > 50.000 cGy*cm <sup>2</sup>	Einmalig, danach Prüfung der Meldeschwelle
		Meldeschwelle	Deterministischer Schaden nach 21 Tagen	Einmalig
<b>Wiederholungen</b>	Computertomographie, Durchleuchtung,	Aktionsschwelle	Wiederholungen aufgrund von Einstellfehlern, Gerätedefekten oder Körperteilverwechslungen	Einmalig, danach Prüfung der Meldeschwelle
		Meldeschwelle	Überschreitung der Meldeschwelle für Personenexpositionen	Einmalig
<b>Verwechslungen</b>	Computertomographie	Aktionsschwelle	Personenverwechslungen	Einmalig, danach Prüfung der Meldeschwelle
		Meldeschwelle	Überschreitung der Meldeschwelle für Personenexpositionen	Einmalig
	Durchleuchtung	Meldeschwelle	Personenverwechslungen (ohne Dosisbezug)	Einmalig
	Intervention	Meldeschwelle	Personen- oder Körperteilverwechslungen (ohne Dosisbezug)	Einmalig

Quelle: H. Lenzen nach StrlSchV § 108